



FASEROPTIK


RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG

Bruderhofstr. 10 - 12
D-78532 Tuttlingen

Telefax (07461) 9617-20
Telefon (07461) 9617-0

E-Mail: info@rfq.de
<http://www.kaltlichtkabel.de>

COMPARISON LIST FIBER LIGHT GUIDES



DYONICS NEW

SYSTEM STANDARD

Fibre Bundle Diameter	Length mm	RfQ-Article Cable	Projector Fitting	Endoscope Fitting	Dyonics-Article
3,5	1800	00-21110-60	MORE POSSIBILITIES (SEE BELOW)		57-2138
4,9	2500	00-21110-69		57-2985	
4,9	1800	00-21210-66		57-2140	

SYSTEM FUSED

TO BE USED WITH HIGH TEMPERATURE LIGHT SOURCES

Fibre Bundle Diameter	Length mm	RfQ-Article Cable	Projector Fitting	Endoscope Fitting	Dyonics-Article
3,5	1800	00-22330-30	MORE POSSIBILITIES (SEE BELOW)		57-2138
4,9	2500	00-22230-45		57-2985	
4,9	1800	00-22230-30		57-2140	

DIFFERENT FITTINGS

LE ACMI	00-21110-66	57-2142
LE WOLF, DYONICS	00-21110-74	57-2147
LE STORZ	00-21110-70	57-2144
LE OLYMPUS	00-21116-62	57-2145
LA OLYMPUS	00-21010-71	57-2143
LA WOLF, DYONICS	00-21010-76	57-2146
LA ACMI	00-21010-67	57-2141

Fiber Light Guides are not 100% like Cables from Original Manufacturer

Errors excepted

LE=LIGHT INPUT

LA=LIGHT OUTPUT

●製品の外観・仕様は予告なく変更される場合がございます。

PHOTONIC INSTRUMENTS Co.,Ltd.
フォトニク インストゥルメンツ株式会社



本社 〒215-0025川崎市麻生区五力田2-2-1-102
電話 044(988)5700 Fax 044(988)6484
東京営業所 〒215-0025川崎市麻生区五力田2-2-1-102
電話 044(981)0025 Fax 044(981)0026
E-mail: info@pij.co.jp URL: <http://www.pij.co.jp/>